

SAMSVARSERKLÆRING (DECLARATION OF CONFORMITY)	Side 1 av 2
	Utg: 01
Arbeidsstoler (Work chairs)	Dato: 02.12.2003
	Fil: samsv-arb-stol-u01



Hepro AS erklærer på eget ansvar at følgende produkter og tilbehør:

Hepro AS declares with complete responsibility that following products and accessories:

<i>Artikkelnr.</i>	<i>Modell - STANDARD</i>	<i>Artikkelnr.</i>	<i>Modell - TILTO</i>
100010	Gasso 150/04 Std. u/rot.	100020	Gasso 150/04 Tilty HR rot.
100011	Gasso 150/04 Std. rot.	100025	Gasso 150/04 Tilty EHR rot.
120011	Gasso 200/04 Std. rot.	120025	Gasso 200/04 Tilty EHR rot.
100510	Elektro 150/04 Std. u/rot.	100520	Elektro 150/04 Tilty HR rot.
100511	Elektro 150/04 Std. rot.	100525	Elektro 150/04 Tilty EHR rot.
120511	Elektro 200/04 Std. rot.	120525	Elektro 200/04 Tilty EHR rot.
<i>Artikkelnr.</i>	<i>Modell - SYNKRON</i>	<i>Artikkelnr.</i>	<i>Modell - LAV</i>
100030	Gasso 120/04 Synkron HR rot.	100040	Gasso Lav rot.
100035	Gasso 120/04 Synkron EHR rot.	100540	Elektro Lav rot.
100530	Elektro 150/04 Synkron HR rot.		
100535	Elektro 150/04 Synkron EHR rot.	<i>Artikkelnr.</i>	<i>Modell - ELEKTRO Universal</i>
		18090309	Elektro Universal Standard
<i>Artikkelnr.</i>	<i>Modell - ELEKTRO Kilo</i>	18090310	Elektro Universal Tilty
18090311	ELEKTRO Kilo		

Tilbehør: Ja, med referanse til gjeldende tilbehørsliste.

Accessories: Yes, with reference relevant accessories list.

Er utviklet og produsert i samsvar med følgende direktiv og standarder:

Is developed and produced in conformity to following regulations and requirements:

NS-EN 12182	Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede – Generelle krav og prøvingsmetoder. Technical aids for disabled persons – General requirements and test methods ⁷⁷ .
NS-EN 1335-1	Kontormøbler – Kontorarbeidsstol. Mål – Bestemmelse av mål. Office work chair. Dimensions – Determination of dimensions.
NS-EN 1335-2	Kontormøbler – Kontorarbeidsstol. Sikkerhetskrav. Office work chair. Safety requirements.
NS-EN 1335-3	Kontormøbler – Kontorarbeidsstol. Sikkerhetsprøving. Office work chair. Safety test methods.
EN 60601-1	Medical electric equipment Part 1: General requirements for safety.
EN 60601-1-2	Medical electric equipment Part 1: General requirements for safety – 1 Collateral standard: Electromagnetic compatibility – Requirements and test.
NS-EN 1021-1	Møbler – Vurdering av antennelighet for stoppede møbler – del 1: Antennelighetskilde – Ulmende sigarett. Furniture – Assessment of the ignitability of upholstered furniture – part 1: Ignition source: smouldering cigarette.
NS-EN 1021-2	Møbler – Vurdering av antennelighet for stoppede møbler – del 2: Antennelighetskilde – Tilsvarende fyrstikkflamme. Furniture – Assessment of the ignitability of upholstered furniture – part 1: Ignition source: match flame equivalent.
93/42/EØF	Utstyr klasse I, CE merket. (Equipment class I)
NS-EN ISO 14971	Medisinsk utstyr. Bruk av risikoanalyser for medisins utstyr. Medical devices. Application of risk management to medical devices.

SAMSVARSERKLÆRING (DECLARATION OF CONFORMITY)	Side 2 av 2
	Utg: 01
Arbeidsstoler (Work chairs)	Dato: 02.12.2003
	Fil: samsv-arb-stol-u01



Tester utført av akkrediterte laboratorier for godkjenning:

Tests carried out by accredited laboratories for approval:

NS-EN 1335-1	Godkjent / Approved.	EN 60601-1	Godkjent / Approved.
NS-EN 1335-2	Godkjent / Approved.	EN 60601-1-2	Godkjent / Approved.
NS-EN 1335-3	Godkjent / Approved. (Pkt. 7.2 er basert på FEM analyse.)	NS-EN 1021-1	Godkjent / Approved.
		NS-EN 1021-2	Godkjent / Approved.

System for Kvalitetsstyring tilfredsstillende NS-EN-ISO9001:2000, sertifikat nr. 010 utstedt av Teknologisk Institutt.

Quality Management Systems is approved in accordance with ISO9001:2000, certificate no. 010 issued by National Institute of Technology, Norway

Rognan, 02.12.2003

.....
Trond Tidemann
Adm. direktør